上肢エルゴメータ専用架台　ＡＥ－ＣＯＭ　組立・取扱説明書

１．梱包内容

取扱説明書の内容と現品を照合して下さい。

【部品】　①　天板･･･････1　　【付属品】　⑥　座金組込六角穴付ボルト･･･8
②　支柱･･･････1　⑦　六角穴付ボタンボルト･････8
③　脚･･･････････1　⑧　バネ座金･･･････････････8
④　足置き台････2　⑨　ノブ･･･････････････････2
【工具】　⑤　六角レンチ･･･1　⑩　穴埋めカバー･･･････････2

２．取扱いについて

⚠警告

以下の項目を守らないと破損・故障・ケガ・物的損害を負う可能性が想定されます。

●天板に腰掛けたり、寄り掛かったり、強い衝撃をかけない。
●天板にエルゴメータ(別売)以外のモノをのせた状態で、上下動や移動はしない。
●エルゴメータ(別売)を取り付けた状態で、天板上に10kg以上のモノをのせて使用しない。
●エルゴメータ専用架台以外の目的には、使用しない。
●火気には近づけない。
●組立の際は、各部のねじにゆるみがないようしっかり固定すること。
●エルゴメータ(別売)を使用する際は、必ず足置き台を設置して使用すること。

３．組立方法

(1)　取付金具で床面等を傷つけないように①天板を裏返して、その上に②支柱のA部(中央に穴が3ヶ所開いている側)を①天板のB部に向けて②支柱を逆さに置き、⑤六角レンチを用いて、⑥座金組込六角穴付ボルト8個でしっかり固定して下さい。

(2)　②支柱に③脚のツナギパイプが通っていない側を②支柱のA部に向けた状態で逆さに置き、⑤六角レンチを用いて、⑦六角穴付ボタンボルト4個、⑧バネ座金4個でしっかり固定下さい。


(3)　(2)で組み立てた架台を裏返して、④足置き台の穴が③脚に立てたピンにはまるように置き、④足置き台と③脚との隙間がなくなるまでアジャスターを調整して③脚を持ち上げ、⑨ノブでしっかり固定して下さい。また、③脚のネジ穴に⑩穴埋めカバーをはめて下さい。

(4)　エルゴメータ(別売)裏面のねじ穴が①天板の取付金具に重なるように置き、⑦六角穴付ボタンボルト4個、⑧バネ座金4個でしっかり固定して下さい。


４．操作方法

(1)　上下動操作(左右どちらのレバーでも操作可能)
テーブル位置を高くする場合は、レバーを上へ押し上げながら、天板を持ち上げて下さい。
テーブル位置を低くする場合は、レバーを上へ押し上げながら、天板を押し下げて下さい。


(2)　移動方法
移動する場合は、⑨ノブを外して④足置き台を裏返し、④足置き台の穴が③脚に立てたピンにはまるように置き、⑨ノブでしっかり固定して下さい。
アジャスターを調整してキャスターを接地し、移動させて下さい。



組立図(1)(2)



組立図(3)(4)



操作図(2)

SDG株式会社

SDG 株式会社　エンジニアリング営業部
〒574-0052　　大阪府大東市新田北町１番２５号
電話 072-870-5708